

CaUTI Bundle

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รพ.ปากพอง ธันวาคม ๒๕๖๒

<p>ทำความสะอาดมือ ก่อนทำหัตถการ</p>	<p>คาสายสวนปัสสาวะ เมื่อมีข้อบ่งชี้</p>	<p>เลือกสายสวนปัสสาวะ เหมาะสม</p>	<p>คาสายสวนปัสสาวะ ด้วย aseptic technique</p>	<p>ดูแลหลังการคาสาย สวนปัสสาวะ</p>
<p>ทำความสะอาดมือ ก่อนทำหัตถการ</p> <p>.....</p> <p>ทำความสะอาดมือ 7 ขั้นตอน ก่อนเตรียมอุปกรณ์ ปราศจากเชื้อ และก่อนการสวมถุงมือ ปราศจากเชื้อ</p>  	<p>ข้อบ่งชี้ ในการคาสายสวนปัสสาวะ</p> <p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการอุดตันของท่อปัสสาวะ 2. เพื่อประเมินปริมาณปัสสาวะอย่างละเอียด 3. มีแผลบริเวณก้นกบ และอวัยวะสืบพันธุ์ 4. การผ่าตัดที่ใช้เวลานาน ผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ หรือผ่าตัดบริเวณก้นกบ ฯลฯ <p>.....</p> <p>ประเมินความจำเป็น ในการคาสายฯเป็นระยะ และ ถอดออกให้เร็วที่สุด</p> 	<p>เลือกขนาดเล็กที่สุด พอที่จะให้ปัสสาวะไหลได้สะดวก</p> <p>.....</p> <p>ผู้ชาย เบอร์ ๑๖ - ๑๘ CH. บอลลูน ๑๐ - ๑๕ CC.</p> <p>ผู้หญิง เบอร์ ๑๔ - ๑๖ CH. บอลลูน ๑๐ - ๑๕ CC.</p> <p>เด็ก เบอร์ ๖ - ๑๒ CH. บอลลูน ๓ - ๑๐ CC.</p> <p>** ผู้ป่วยที่มีโรคหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติหรือเลือดออกง่าย เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ใช้เบอร์ ๑๔ เท่านั้น</p> 	<p>การใส่สายสวนปัสสาวะ</p> <p>.....</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ใส่ต้องผ่านการฝึกอบรมและมีทักษะเพียงพอ 2. ล้างมือก่อนใส่ถุงมือ 3. อุปกรณ์ เครื่องมือปราศจากเชื้อ 4. ใช้ aseptic technique 5. ทำความสะอาดด้วย Sterile NSS 6. ใช้สารหล่อลื่นชนิด single use 7. ยึดตรึงสายให้แน่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดูแลให้เป็นระบบปิดตลอด 2. ตรวจสอบการยึดตรึงให้แน่น 3. สายไม่พับงอ 4. ถุงปัสสาวะอยู่ต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะ / ไม่สัมผัสพื้น 5. เช็ดแอลกอฮอล์ก่อนและหลังการระบายปัสสาวะ 6. ระบายปัสสาวะไม่ให้ปลายเปิดสัมผัสกับภาชนะรองรับ 7. ไม่ปล่อยให้มียูปัสสาวะในถุงมากเกินไป 8. ไม่เปลี่ยนสายเป็น routine 9. ไม่เติมสาร/ยาในถุงปัสสาวะ 10. ไม่ควร bladder irrigation 11. Meatal hygiene เช้า เย็น 