

## รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องส่ายผสมสาร

๑. ความต้องการ เครื่องส่ายผสมสารโดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับหมุนส่ายเพื่อช่วยผสมสารต่างๆ ให้เข้ากันดี
๓. คุณสมบัติทั่วไป
  - ๓.๑ เป็นเครื่องหมุนส่ายสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการขั้นสูตร และคลังเลือด ซึ่งสามารถปรับความเร็วรอบ การหมุนส่ายได้ ระหว่าง ๗๕ - ๒๕๐ รอบต่อนาที
  - ๓.๒ หมุนส่ายแบบแหวนในแนวระนาบฐานวางภาชนะหมุนส่าย (Platform) ขนาด ๒๖๐ x ๒๖๐ มม. ปูด้วยวัสดุกันลื่น มีค่าสปริงช่วงยืดจับ
  - ๓.๓ สามารถหมุนส่ายอย่างต่อเนื่อง หรือตั้งเวลาในการทำงานหมุนส่ายได้ ๐ - ๑๕ นาที
  - ๓.๔ ระบบการขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ( D C Motor ) ทดรอบ เดินเครื่องเรียบสม่ำเสมอ พร้อมมี Tachometer บอกจำนวนรอบ ( RPM )
  - ๓.๕ ตัวเครื่องทำด้วยโลหะเคลือบกันสนิม หรือวัสดุไม่เป็นสนิม ขนาด ๒๙๐x๓๐๐x๑๘๕ มม.
  - ๓.๖ ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรต
  - ๓.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปเอเชีย หรือทวีปยุโรป

### ๔. อุปกรณ์ประกอบ

- ๔.๑ หนังคู่มือการใช้เครื่องส่ายผสมสารเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ เล่ม

### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิมาก่อน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี ทั้งค่าบริการ ค่าอะไหล่ อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องโดยไม่นับรวมวันที่เครื่องเสีย พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพเครื่องทุกๆ ๖ เดือน พร้อมส่งแผนการเข้าตรวจเช็คเครื่องในวันส่งมอบเครื่อง หากเครื่องชำรุดภายใน ๑ เดือนนับจากวันเริ่มใช้งานครั้งแรก บริษัทต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ และเมื่อมีปัญหาในระยะเวลาประกันทางบริษัทยินดีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดมูลค่า และหากผู้เสนอราคาจะเข้ามาตรวจเช็คสภาพเครื่อง จะต้องมีหนังสือขอเข้ามาตรวจเช็คโดยส่งถึงหน่วยงานก่อนไม่น้อยกว่า ๗ วัน
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศ (ต้องมีเอกสารมาแสดง)
- ๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการฝึกสอนวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้ จนกว่าผู้ใช้จะสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องมีคู่มือการใช้งาน คู่มือการแสดงการแก้ไขเบื้องต้นและวิธีการตรวจสอบก่อนการใช้งาน
- ๕.๕ กรณีเครื่องมีปัญหา เมื่อทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ติดต่อไป บริษัทฯ จะติดต่อกลับมาภายใน ๒๕ ชั่วโมง และจะจัดส่งช่างมาทำการตรวจเช็คแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๓ วัน ถ้าซ่อมแซมแล้วใช้ไม่ได้ภายในระยะเวลา ๗ วันนับจากวันที่เครื่องเสีย ทางบริษัทฯ ยินดีนำเครื่องสำรองที่มีคุณภาพดีกว่าหรือเทียบเท่ามาติดตั้งให้ทางหน่วยงาน (ผู้ใช้) ใช้ก่อนจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จ
- ๕.๖ หากเครื่องมีชำรุดจะต้องมีช่างเข้ามาซ่อมเครื่องได้เสร็จภายใน ๗ วัน หากไม่สามารถซ่อมเครื่องได้ภายในเวลาที่กำหนด หรือซ่อมเกิน ๒ ครั้งในอาการเดิมหรืออาการใกล้เคียงแล้วยังใช้การไม่ได้จะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ในระยะเวลาประกันคุณภาพ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

- ๕.๗ ผู้เสนอราคา ต้องมีเอกสารยืนยันการสำรองจะให้ผลอย่างน้อย ๕ ปี
- ๕.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจเช็คบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และสอบเทียบค่าเครื่องมืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เป็นระยะเวลาตลอดอายุการรับประกันและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยส่งแผนการปฏิบัติในวันที่สำคัญและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัด โดยก่อนเข้าปฏิบัติจะแจ้งให้หน่วยงาน (ผู้ใช้) ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วันทำการ และเมื่อทำการปฏิบัติแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอต่อหน่วยงาน (ผู้ใช้) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วันทำการ
- ๕.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานการผลิต หรือนำเข้าครบถ้วนถูกต้องตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์
- ๕.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเขียนหัวข้อตัวเลขของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามที่ประกาศลงในแค็ตตาล็อกที่เสนอให้ถูกต้องครบถ้วน และกรณีดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา

ราคากลางเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....  
ประ ранกรรมการ  
(นางปิยะกร ชุมศรี)

ลงชื่อ.....  
กรรมการ  
(นางสาวภา วงศ์กลาง)

ลงชื่อ.....  
กรรมการ  
(นางสาวอมรรัตน์ พนูเกลี้ยง)